

MESH NEBULIZER RESPIRO



MANUAL ECN006



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich,Germany



Dongguan SIMZO Electronic Technology Co.,Ltd.
NO.6, Zhangzhou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong
Province, 523187, P.R.China.



1639

MESH NEBULIZER

The aerosol is generated by pushing liquid medicine through fine holes in the newly developed metal alloy mesh. This is realised by a titanium vibrator, oscillating at high frequency.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the device without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

CHILDREN AND FRAIL INDIVIDUALS

- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING!

Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!

- This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/or experience, unless they are supervised by an individual who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play with the device.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use the type and amount of medicine as prescribed and instructed by your doctor.
- In some positions (e.g. upright, nebulization may stop after a short while. In this case, briefly tilt the unit again in order to re-immers the vibrator in the medicine.
- Do NOT poke the mesh with a cotton swap or a pin; the mesh may be permanently damaged.
- if the device is not cleaned and disinfected correctly and as frequently as indicated, microorganisms may remain in the unit, causing risk of infection.
- The device keeps working for continuous 20 minutes. After that the device will switch off automatically. Press the "on/off" button to switch on again.
- Do NOT immerse any other parts of the nebulization unit in water except the inside of medication cup.


SPECIFICATIONS

Power Supply: 1,5V *2AA Alkaline battery (not included) / USB type C (included)
Power adaptor: Input 220-240V, 50/60Hz, 0,5A & Out put: DC 5V/1A (not included)

USB type C: 80cm, 5V/1A
 Power consumption: < 2W
 Ultrasonic frequency: $110 \pm 10\text{KHz}$
 Standby power consumption: < 0.02W
 Working current consumption: < 500 mA
 medicine Capacity: 12 mL
 Average Nebulization Rate: > 0.2ml/min
 Particle Size (MMAD): $2.3\mu\text{m} \pm 25\%$
 3 levels of nebulization speeds: low, middle, high
 Auto-clean ensures more thorough cleaning of drug residues hidden in the nebulization mesh.
 Sound level: $\leq 50\text{ dB}$
 Automatic off: No medicine / after continuous working for 20 minutes
 Operating Temperature Range: 10°C to 40°C
 Operating Humidity Range: 10 to 95% RH
 Storage Temperature Range: -20°C to 70°C
 Standard package: main unit, nebulization cup, adult mask, child mask, mouthpiece, pouch, USB type C, rubber protective cap
 Product size: $6 * 6 * 11\text{ cm}$

PARTS DESCRIPTION

- (1) Main unit
- (2) On / off button
- (3) Jack for USB type C cable
- (4) Adult mask
- (5) Child mask
- (6) USB type C cable
- (7) Rubber protective cap
- (8) Mouthpiece
- (9) nebulizer release button (PUSH button)
- (10) lock of medication cup
- (11) Nebulization unit
- (12) Medication cup
- (13) Mesh
- (14) Aerosol output nozzle
- (15) medicine inlet hole
- (16) Vibrator (inside in the medicine inlet hole, not visible)
- (17) Battery compartment
- (18) Electrodes
- (19) Low medicine level indicator
- (20) Working indicator
- (21) Low power indicator



HOW TO USE THE DEVICE

Connect to the power source

Select the power supply you prefer. You can connect the USB-C cable to the power source or use AA batteries.

USB-C cable: Connect one end of USB-C cable to the main unit and another end can be connect computer, laptop or adapter.

Alkaline batteries: The unit can operate with AA alkaline batteries. Open the battery compartment, follow the polarities marked inside the compartment to insert the new batteries and close the battery compartment.

How to use

- Press the medication cup release button and lift it.
- The mouthpiece, masks should be cleaned and disinfected before using the unit for the first time or after the unit has not been used for a long period of time, or daily during normal use. How to clean and disinfect, you can refer to the part “How to clean” and “How to disinfect”.
- Pull up the lock to open the medication cup.
- Fill the medication cup with medicine and close the lock.
- Push the nebulization unit to the main unit till it clicks to the place.
- Select the power supply you prefer as described above.
- Put the mask or mouthpiece to the aerosol output nozzle.
- Press the “on/off” button and working indicator shows in green. The device start to work.

Note:

- The device keeps working for continuous 20 minutes. After that the device will switch off automatically. Press the “on/off” button to switch on again.
- When the battery is low, the low power indicator will flash 4 times in orange color and then the device will automatically switch off.
- When the medicine is finished, the low medicine level indicator will flash 4 times in blue color and then the device will automatically switch off.

Adjust nebulization speeds

This device is advanced with 3 levels of nebulization speeds: low, middle, high.

Press the “on/off” button and working indicator shows in green. The device start to work. It's in the lowest nebulization speed while green indicator is a bit gloomy. Press the “on/off” button again, the nebulization speed is a bit faster while green indicator is a bit lighter. Press “on/off” button again, the nebulization speed is the fastest while green indicator is in full brightness.

HOW TO INHALE

Caution: Only use type and amount of medicine as prescribed and instructed by your doctor.

- Slightly tilt the unit to the position of mesh. In this position, the vibrator is immersed in the medicine and nebulization will start after power on. When the vibrator has been immersed in the medicine, the unit can be used under any angle.

Caution: In some positions (e.g. upright, nebulization may stop after a short while. In this case, briefly tilt the unit again in order to re-immers the vibrator in the medicine.

- Place the mouthpiece in your mouth or place the mask over mouth and nose. Always be calm and relaxed when you inhale. Breathe in deeply so that the medicine can reach deep into the bronchial tubes. Hold your breath briefly, then breathe out slowly while removing the mouthpiece from your mouth. Do not breathe too quickly. Pause when you feel to have a rest. You may synchronize the nebulization with your inhalation/exhalation cycles by using the unit in manual nebulization mode.

Note:

- If excessive medicine collects on the mesh, nebulization may stop. In that case, turn off the power and remove the mask / month piece. Absorb the medicine by means of a lint-free cloth.
- Do NOT poke the mesh with a cotton swap or a pin; the mesh may be permanently damaged.
- After inhalation always switch off the nebulizer by pressing the on/off button.

HOW TO CLEAN THE UNIT

Note: If the device is not cleaned and disinfected correctly and frequently, micro-organisms may remain in the unit, causing risk of infection.

Cleaning of medication cup

1. Remove the mask/ mouthpiece from the main unit.
2. Remove the medication cup from the main unit:
3. Open the medication cup lock, discard the medicine residues.
4. Pour clean cold tap water to medication cup to remove medicine left in the vibrator holes. But do NOT immerse any other parts of the nebulization unit in water except the inside of medicine container.

Automatic deep cleaning

In order to more thoroughly remove drug residues left in the nebulizer channels or on the nebulizer mesh, this device has an automatic deep cleaning function.

After above 4 steps of cleaning. Pour clean cold tap water again, close the container lock. Press and hold the "on/off" button for 4 seconds, the device started cleaning while the green indicator display in gloomy and bright alternately. This self-cleaning process takes 2 minutes. After process is done, the device will switch off automatically. Pour away the excessive water. Let the container air dry on a clean, lint-free towel or paper.

Cleaning of nebulization unit, mesh and main unit

- Do not touch the mesh with a cotton swab, or with a pin.
- Clean the main unit, mesh, main unit and electrodes by wiping them with a (moistened) gauze. Do not use volatile agents, such as benzene or thinner.

HOW TO DISINFECT THE DEVICE

Note: if the device is not cleaned and disinfected correctly and as frequently as indicated, microorganisms may remain in the unit, causing risk of infection.

- The mouthpiece, masks should be disinfected before using the unit for the first time or after the unit has not been used for a long period of time, or daily during normal use.
- Disinfection can be done by using alcohol. Soak the masks and mouthpiece in 70% ethyl alcohol for approx. 1 minute. Shake off excessive alcohol from the parts and let them air dry in a clean, lint-free towel or paper.
- Disinfection can also be done with vinegar. Use one part white vinegar diluted with three parts distilled water. Make sure mixed solution is enough to submerge mouthpiece and masks. Shake off excessive solution from the parts and let them air dry in a clean, lint-free towel or paper.

TROUBLE SHOOTING

FAILURE	CAUSE OF FAILURE	SOLUTION
Device can not switch on	Battery installed incorrectly	Install battery correctly as instruction discribed.
	low battery level	Replace the batter.
	The power adapater and the device are not connected properly	Reconnect and reboot.
Power on, but no operation	The electrode on the main unit or the cup is dirty	Clean the electrode and reboot.
	Low battery indicator flashes	Replace the battery and reboot.
	Mesh is dirty or blocked	Clean the medication cup according to instructions. Replace the medication cup if the fault is not excluded after cleaning.
	Medication cup is not assembled into right place	Reassemble medication cup and reboot.
	The medication cup is filled with liquid medicine for a long time to form a water film	Shake medication cup and reboot.
Power on, working indicator flash for a second, then the low medicine indicator flashes, then automatically switch off	No medicine or liquid is exhausted.	Add medicine.
	Very poorly conductive liquid inside medication cup(such as distilled water)	Add medicine or saline.
	Medication cup is not assembled into correct place.	Reassemble medication cup and reboot.
	The electrode on the main unit or the medication cup is dirty.	Clean the electrode and reboot.
	The liquid has not been in contact with the mesh for more than about 8 seconds	Tilt the front of the nebulizer to the user to make the liquid to get contact with the mesh.
Auto-off during use	Medicine is exhausted.	Add medicine.
	The medicine is not in full contact with mesh.	Tilt the front of the nebulizer to the user to make the liquid to get contact with the mesh.
	There is a liquid residue on the mesh or a very weak conductive liquid (such as distilled water) is placed in the medicine cup.	Add medicine or saline.

WARRANTY

1. This warranty is issued by EDC Poterek Sp. Jawna with address:
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Phone: 022-7213571 w.10 – called hereinafter EDC Poterek Sp. Jawna.
2. This warranty confers upon you specific rights and remedies against EDC Poterek Sp. Jawna. Please read this document carefully, by making a claim under this warranty, you will be deemed to have understood and accept its terms.
3. EDC Poterek Sp. Jawna warrants that any EDC Poterek Sp. Jawna product together with attached accessories is free from defects in materials and workmanship under conditions of its normal use.
4. If you make a claim under this warranty, EDC Poterek Sp. Jawna will, at its option, repair or replace any defective product into new one by using new or use factory-refurbished parts. In case of using factory-refurbished parts they will be equal to new products.
5. Defective product should be returned together with receipt, commercial invoice or any other proof of purchase to the place of purchase. It should include all accessories attached in original packing. EDC Poterek Sp. Jawna has right to reject warranty if any accessories will be missed.
6. EDC Poterek Sp. Jawna covers the costs of delivery of the goods complained about to the place indicated in the guarantee.
7. EDC Poterek Sp. Jawna is committed to respond to the complaint within 14 calendar days of its notification in the point of sale. EDC Poterek Sp. Jawna will repair the defective product in the shortest possible time. If will be need to import from abroad of any parts which are necessary to repair this time may be extended.
8. If in the performance of its duties EDC Poterek Sp. Jawna provided the entitled person with a warranty instead of a defective item free from defects or made significant repairs to the item covered by the warranty, the warranty period runs anew from the moment of delivery of the item free from defects or returning the repaired item. If EDC Poterek Sp. Jawna mentioned a part of things, the above provision shall apply accordingly to the part mentioned. In other cases, the warranty period is extended by the time during which, as a result of a defect in the item covered by the warranty, the holder of the warranty could not use it.
9. In case of replacing defective product onto new one, EDC Poterek Sp. Jawna has right to replace it with newer model with the same technical parameters if the old one model was replaced by new one during warranty period.
10. If you make claim under this warranty, you are deemed to have agreed that repair and (upon availability) replacement, as applicable, under the warranty services described herein, is your sole and exclusive remedy vis-a-vis EDC Poterek Sp. Jawna.
11. The warranty is valid in Poland.

EXCLUSIONS:

This warranty does not extend to:

1. Any product not manufactured by EDC Poterek Sp. Jawna
2. Any product that has been damaged or rendered defective as a result of:
 - use in other way than normal intended use
 - service or repair by anyone other than EDC Poterek Sp. Jawna service
 - improper store, transportation or packing
 - improper installation of product or software
 - mechanical, physical, chemical etc. damages
3. In no event shall EDC Poterek Sp. Jawna be liable for any damages, loss of business, profits, data or loss based on use EDC Poterek Sp. Jawna products with other devices.
4. Products with removed warranty and other labels and products spent or have hard use marks.

All products are covered by EDC Poterek Sp. Jawna 2-year manufacturer's warranty while product is purchased by the consumer (the consumer is a person who buys product for the purpose of not professional or commercial activity). In the case of purchase for the company (for purposes relating to the activities of professional or commercial) warranty is 1 year from date of purchase. EDC Poterek Sp. Jawna products have all the necessary safety certificates required in the EU.



According to Directive 2012/19/EU, disposal of waste electrical and electronic equipment together with household waste is prohibited. Their components need to be recycled or disposed separately. Otherwise, they can cause the release of hazardous and noxious substances which pose a threat to the environment and human health. The law requires each consumer to return unnecessary or waste electrical and electronic equipment to the producers, sales agents or waste treatment facilities. Detailed conditions are governed by national legislation. The above symbol placed on the product, in the user manual or on the packaging refers to this requirement. Thanks to proper segregation and compliance with the provisions relating to waste disposal each user contributes significantly to environmental protection.

NEBULIZATOR MEMBRANOWY

Aerazol tworzy się poprzez pompowanie płynnego lekarstwa przez drobne otwory w siatce z nowoczesnego stopu metali. Osiąga się to dzięki wibratorowi tytanowemu drgającemu z wysoką częstotliwością.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, dokumentem zakupu i w miarę możliwości również opakowanie. Przekazując urządzenie innej osobie, przekaż także instrukcję obsługi.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i do przewidzianego dla urządzenia celu. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi.
- Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, chcesz zamontować jakieś akcesoria, urządzenie wyczyścić lub w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zakłóceń w działaniu, należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu, lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli nieodłączalny przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w serwisie, w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania”.

DZIECI I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.)
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- To urządzenie nie może być samodzielnie używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazań dotyczących używania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy używać jedynie leku przepisanego przez lekarza we wskazanej przez niego ilości.
- W niektórych położeniach (np. pionowo do góry) nebulizacja może zostać przerwana po krótkiej chwili. W takim przypadku należy ponownie na chwilę przechylić urządzenie, aby ponownie zanurzyć wibrator w leku.
- NIE WOLNO stukać w membranę wacikiem kosmetycznym albo innym tego rodzaju przedmiotem czy próbować wydłubać lek szpilką albo innym cienkim, ostrym elementem. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem membrany.
- Brak poprawnego i regularnego czyszczenia i dezynfekowania urządzenia może umożliwić rozwój mikroorganizmów w urządzeniu, co grozi infekcją.

- Urządzenie działa nieprzerwanie przez 20 minut. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie. Naciśnij przycisk „on/off”, aby ponownie włączyć urządzenie.
- NIE WOLNO zanurzać w wodzie żadnych elementów nebulizatora poza wnętrzem pojemnika na lek.

SPECYFIKACJE

Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AA 1,5 V (brak w zestawie) / USB typu C (w zestawie)

Zasilacz: wejście 220-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A i wyjście: DC 5 V/1 A (brak w zestawie)

USB typu C: 80 cm, 5 V/1 A

Pobór mocy: < 2 W

Częstotliwość ultradźwięków: 110 ± 10 kHz

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0.02 W

Pobór prądu podczas pracy: < 500 mA

Pojemność leku: 12 ml

Średnia szybkość nebulizacji: > 0,2 ml/min

Wielkość cząstek (MMAD): $2.3 \mu\text{m} \pm 25\%$

3 poziomy prędkości nebulizacji: niska, średnia, wysoka

Automatyczne czyszczenie zapewnia dokładniejsze czyszczenie pozostałości leku ukrytych w siatce nebulizacyjnej.

Poziom hałas: ≤ 50 dB

Automatyczne wyłączanie: brak leku / po (14)

nieprzerwanej pracy przez 20 minut (13)

Zakres temperatur pracy: od 10°C do

40°C

Zakres wilgotności roboczej: od 10% do

95% wilgotności względnej

Zakres temperatur przechowywania: od


-20°C do 70°C

Standardowy pakiet: jednostka główna, kubek do nebulizacji, maska dla dorosłych, maska dla dziecka, ustnik, etui, USB typu C, gumowa nasadka ochronna

Rozmiar produktu: 6 x 6 x 11 [cm]

OPIS CZĘŚCI

- (1) Jednostka główna
- (2) Przycisk WŁ/WYŁ (ON/OFF).
- (3) Gniazdo USB
- (4) Maska dla dorosłego
- (5) Maska dla dziecka
- (6) Przewód USB
- (7) Zatyczka gumowa
- (8) Ustnik
- (9) Przycisk zwalniający nebulizator (przycisk PUSH)
- (10) Blokada pojemnika na lek
- (11) Element nebulizacyjny
- (12) Pojemnik na lek
- (13) Membrana
- (14) Dysza wylotowa aerozolu
- (15) Wlew leku
- (16) Wibrator (wewnątrz wlewu leku, niewidoczny)
- (17) Komora baterii
- (18) Elektrody
- (19) Wskaźnik niskiego poziomu wody
- (20) Wskaźnik pracy
- (21) Wskaźnik niskiego poboru mocy



JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA?

Podłączanie do źródła zasilania

Wybierz źródło zasilania. Możesz podłączyć urządzenie przewodem USB-C do zasilania lub skorzystać z baterii AA.

Przewód USB-C: Podłącz jeden koniec przewodu USB-C do jednostki głównej, a drugi do komputera, laptopa lub zasilacza.

Baterie alkaliczne: Urządzenie może być zasilane bateriami alkalicznymi AA. Otwórz komorę baterii, włóż nowe baterie zgodnie z zaznaczonymi biegunami i zamknij komorę baterii.

Korzystanie z urządzenia

- Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na lek i podnieś go.
- Przed pierwszym użyciem, jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas ale też codziennie podczas zwykłego używania urządzenia należy wyczyścić i zdezynfekować ustniki i maski. Sposób czyszczenia i dezynfekcji opisano w punktach „Czyszczenie” oraz „Dezynfekcja”.
- Pociągnij za blokadę, aby otworzyć pojemnik na lek.
- Napełnij pojemnik na lek lekiem i zamknij blokadę.
- Wsuń element nebulizacyjny do jednostki głównej tak, aby zaskoczył na swoim miejscu.
- Wybierz źródło zasilania zgodnie z opisem powyżej.
- Załóż maskę lub ustnik na dyszę wylotową aerozolu.
- Naciśnij przycisk „on/off”, a wskaźnik pracy zaświeci się na zielono. Urządzenie zacznie działać.

Uwaga:

→ Urządzenie działa nieprzerwanie przez 20 minut. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie. Naciśnij przycisk „on/off”, aby ponownie włączyć urządzenie.

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik niskiego poziomu naładowania mignie 4 razy na pomarańczowo, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Po zakończeniu podawania leku wskaźnik niskiego poziomu leku mignie 4 razy na niebiesko, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Regulacja prędkości nebulizacji

To urządzenie posiada 3 poziomy prędkości nebulizacji: niska, średnia, wysoka.

Naciśnij przycisk „on/off”, a wskaźnik pracy zaświeci się na zielono. Urządzenie zacznie działać. Jest na najniższej prędkości nebulizacji, a zielony kolor wskaźnika jest mało wyraźny. Ponownie naciśnij przycisk „on/off”, prędkość nebulizacji jest nieco większa, a zielony wskaźnik jest nieco jaśniejszy. Po ponownym naciśnięciu przycisku „on/off” prędkość nebulizacji jest największa, a zielony wskaźnik jest w pełni jasny.

INHALACJE

UWAGA: Należy używać jedynie leku przepisanego przez lekarza we wskazanej przez niego ilości.

• Lekko przechylił urządzenie do położenia membrany. W tym położeniu wibrator jest zanurzony w leku, a element nebulizacyjny rozpoczyna pracę po uruchomieniu urządzenia. Po zanurzeniu wibratora w leku z urządzenia można korzystać pod dowolnym kątem.

UWAGA: W niektórych położeniach (np. pionowo do góry) nebulizacja może zostać przerwana po krótkiej chwili. W takim przypadku należy ponownie na chwilę przechylić urządzenie, aby ponownie zanurzyć wibrator w leku.

• Obejmij ustnik ustami lub nałóż maskę na usta i nos. Podczas inhalacji zawsze bądź spokojny i zrelaksowany. Oddychaj głęboko, aby lek mógł dotrzeć głęboko w oskrzela. Wstrzymuj oddech na chwilę, a następnie wydychaj powoli, wyjmując ustnik z ust. Nie oddychaj zbyt szybko. Przerwij czynność, jeżeli poczujesz, że musisz odpuścić. Możesz zsynchronizować nebulizację z cyklami wdechów i wydechów korzystając z urządzenia w ręcznym trybie nebulizacji.

Uwaga:

• Jeżeli na membranie zgromadzi się nadmiar leku, nebulizacja może zostać zatrzymana. W takim przypadku wyłącz urządzenie i zdejmij maskę/ustnik. Zbierz lek szmatką niepozostawiając kłaczek.

• NIE WOLNO stuknąć w membranę wacikiem kosmetycznym albo innym tego rodzaju przedmiotem

czy próbować wydlubać lek szpilką albo innym cienkim, ostrym elementem. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem membrany.

• Po zakończeniu inhalacji zawsze wyłączaj nebulizator przyciskiem wł/wył.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Uwaga: Brak poprawnego i regularnego czyszczenia i dezynfekowania urządzenia może umożliwić rozwój mikroorganizmów w urządzeniu, co grozi infekcją.

Czyszczenie pojemnika na lek

1. Zdejmij maskę/ustnik z jednostki głównej.
2. Wyjmij pojemnik na lek z jednostki głównej.
3. Otwórz korek pojemnika na lek, usuń resztki leku.
4. Wlej zimną wodę do pojemnika na lek, usuń resztki leku z otworów wibratora. NIE zanurzaj w wodzie żadnych elementów nebulizatora poza wnętrzem pojemnika na lek.

Automatyczne głębokie czyszczenie

W celu dokładniejszego usunięcia pozostałości leku pozostawionych w kanałach nebulizatora lub na siatce nebulizatora, urządzenie posiada funkcję automatycznego głębokiego czyszczenia.

Po wykonaniu powyższych 4 kroków czyszczenia. Ponownie wlej czystą zimną wodę z kranu, zamknij blokadę pojemnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „on/off” przez 4 sekundy, urządzenie rozpocznie czyszczenie, a zielony wskaźnik będzie świecił na przemian w kolorze ciemnym i jasnym. Proces samooczyszczania trwa 2 minuty. Po zakończeniu procesu urządzenie wyłączy się automatycznie. Wylej nadmiar wody. Pozostawić pojemnik do wyschnięcia na czystym, niestrzępiącym się ręczniku lub papierze.

Czyszczenie jednostki nebulizacyjnej, membrany i jednostki głównej

- NIE WOLNO stukać w membranę wacikiem kosmetycznym albo innym tego rodzaju przedmiotem czy próbować wydlubać lek szpilką albo innym cienkim, ostrym elementem. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem membrany.
- Wyczyść jednostkę główną, membranę i elektrody – wytrzyj je (zwilżoną) gazą. Nie stosuj środków lotnych takich jak benzen lub rozpuszczalnik.

DEZYNFEKOWANIE URZĄDZENIA

Uwaga: Brak poprawnego i regularnego czyszczenia i dezynfekowania urządzenia zgodnie z zaleceniami może umożliwić rozwój mikroorganizmów w urządzeniu, co grozi infekcją.

- Przed pierwszym użyciem, jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas oraz codziennie podczas zwykłego używania urządzenia należy zdezynfekować ustniki i maski.
- Do dezynfekcji można wykorzystać alkohol. Zanurz maski i ustnik w 70% alkoholu etylowym na około 1 minutę. Strząśnij nadmiar alkoholu z elementów i odstaw je do wyschnięcia na czysty ręcznik niepozostawiający kłaczków lub ręcznik papierowy.
- Do dezynfekcji można wykorzystać również ocet winny. Wymieszaj roztwór jednej części białego octu winnego z trzema częściami wody destylowanej. Upewnij się, że ilość roztworu jest wystarczająca do zanurzenia ustnika i masek. Strząśnij nadmiar roztworu z elementów i odstaw je do wyschnięcia na czysty ręcznik niepozostawiający kłaczków lub ręcznik papierowy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

AWARIA	PRZYCZYNA AWARII	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie może się włączyć	Nieprawidłowo zainstalowana bateria	Zainstaluj baterię prawidłowo, zgodnie z instrukcją.
	Niski poziom naładowania baterii	Wymień baterię.
	Zasilacz i urządzenie nie są prawidłowo podłączone	Podłącz ponownie i uruchom ponownie.
Urządzenie jest włączone, ale nie działa	Elektroda na jednostce głównej lub kubku jest zabrudzona	Wyczyść elektrodę i uruchom ponownie.
	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga	Wymień baterię i uruchom ponownie.
	Siatka jest zabrudzona lub zablokowana	"Wyczyść pojemnik na lek zgodnie z instrukcjami. Jeśli usterka nie zostanie usunięta po czyszczeniu, należy wymienić pojemnik na lek."
	Pojemnik na lek nie jest zamontowany we właściwym miejscu	Ponownie zamontuj pojemnik na lek i uruchom urządzenie.
	Pojemnik na lek jest wypełniony płynnym lekiem przez długi czas, tworząc film wodny.	Wstrząśnij pojemnikiem na lek i uruchom go ponownie.
Zasilanie włączone, wskaźnik pracy miga przez sekundę, następnie miga wskaźnik niskiego poziomu leku, po czym urządzenie wyłącza się automatycznie	Brak leku lub płyn jest wyczerpany.	Dodaj lek.
	Bardzo słabo przewodząca ciecz wewnątrz pojemnika na lek (np. woda destylowana)	Dodaj lek lub sól fizjologiczną.
	Pojemnik na lek nie jest zamontowany we właściwym miejscu.	Ponownie zmontować pojemnik na lek i uruchomić go ponownie.
	Elektroda na jednostce głównej lub pojemniku na lek jest zabrudzona.	Wyczyść elektrodę i uruchom ponownie.
	Płyn nie był w kontakcie z siatką przez dłużej niż około 8 sekund.	Przechylić przednią część nebulizatora w stronę użytkownika, aby umożliwić kontakt płynu z siatką.
Automatyczne wyłączenie podczas użytkowania	Lek jest wyczerpany.	Dodać lek.
	Lek nie ma pełnego kontaktu z siatką.	Przechylić przednią część nebulizatora w stronę użytkownika, aby płyn zetknął się z siatką.
	Na siatce znajdują się pozostałości płynu lub w zbiorniczku na lek umieszczono bardzo słabo przewodzący płyn (np. wodę destylowaną).	Dodaj lek lub sól fizjologiczną.

GWARANCJA

1. Gwarancję udziela firma EDC Poterek Sp. Jawna z siedzibą: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Tel. serwis: 022-7213571 w.10 - zwana dalej EDC Poterek Sp. Jawna.

2. Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy prawa i uprawnienia wobec EDC Poterek Sp. Jawna. Gwarancja ta powinna zostać uważnie przeczytana, ponieważ w przypadku roszczeń wobec EDC Poterek Sp. Jawna będzie przyjęte, że użytkownik zapoznał się z warunkami gwarancji i je zaakceptował.

3. EDC Poterek Sp. Jawna zapewnia, że każdy produkt, łącznie z wyposażeniem zawartym w opakowaniu, jest wolny od wad materiałowych oraz wad dotyczących wykonania, pod warunkiem jego normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. W przypadku wystąpienia uszkodzenia w okresie gwarancji, EDC Poterek Sp. Jawna według własnego wyboru naprawi lub wymieni produkt na nowy, używając nowych lub fabrycznie odnowionych części. W przypadku użycia fabrycznie odnowionych części EDC Poterek Sp. Jawna gwarantuje, że będą one posiadały takie same właściwości jak nowe produkty.

5. Uszkodzony produkt powinien zostać zwrócony wraz z paragonem, fakturą lub innym dowodem zakupu do punktu, w którym został kupiony, z pełnym wyposażeniem jakie znajdowało się w opakowaniu. EDC Poterek Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy w przypadku braku jakiegokolwiek części wyposażenia.

6. EDC Poterek Sp. Jawna pokrywa koszty dostarczenia reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w gwarancji.

7. EDC Poterek Sp. Jawna zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia w punkcie sprzedaży. EDC Poterek Sp. Jawna zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu w możliwie jak najkrótszym terminie. W przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do naprawy termin ten może ulec wydłużeniu.

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków EDC Poterek Sp. Jawna dostarczyła uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonała istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli EDC Poterek Sp. Jawna wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

9. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, EDC Poterek Sp. Jawna zastrzega sobie prawo wymiany na nowszy model o podobnych cechach użytkowych, jeśli został on wprowadzony do sprzedaży i zastąpił model poprzedni produktu.

10. W przypadku zgłaszania roszczeń uważa się, że nabywca wyraził zgodę, że naprawa i wymiana (w zależności od dostępności produktu), zależnie od tego co określi serwis, jest jedynym i wyłącznym środkiem dochodzenia praw gwarancyjnych wobec EDC Poterek Sp. Jawna.

11. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

WYŁĄCZENIA:

Gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów nie wyprodukowanych przez EDC Poterek Sp. Jawna;
2. Produktów, które zostały uszkodzone lub posiadały wady w wyniku:
 - używania w sposób inny niż z ich normalne przeznaczenie
 - modyfikacji lub ingerencji w wewnętrzną strukturę urządzenia
 - serwisowania w nie autoryzowanych punktach serwisowych, lub w serwisie innym niż serwis EDC Poterek Sp. Jawna
 - niewłaściwego przechowywania, transportu lub pakowania
 - niewłaściwej instalacji produktów lub oprogramowania
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, itp.
3. EDC Poterek Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody dotyczące utraty biznesu, danych, zysków lub szkód wynikłych z używania produktów EDC Poterek Sp. Jawna we współpracy z innymi urządzeniami.
4. Produktów z zerwanymi plombami, nalepkami oraz produktów w wysokim stopniu zużytych.

Wszystkie produkty firmy EDC Poterek Sp. Jawna są objęte 2 letnią gwarancją producenta w przypadku zakupu produktu przez konsumenta (konsument to osoba, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą). W przypadku zakupu produktu na firmę (w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) gwarancja wynosi 1 rok od daty zakupu. Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).

Produkty Esperanza posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa wymagane na terenie EU.



Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU, wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucić osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

MEMBRÁNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

Aerosol je tvořen čerpáním kapalného prostředku přes jemné otvory v mřížce moderní kovové slitiny. Toho je dosaženo díky titanovému vibrátoru vibrujícímu na vysoké frekvenci.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před spuštěním zařízení se velmi důkladně seznámte s návodem na obsluhu. Uchovejte jej společně se záručním listem, účtenkou a - pokud je to možné - také s vnějším obalem. Při předávání zařízení jiné osobě, odevzdejte ji také návod na obsluhu.

• Zařízení využívejte pouze pro soukromé účely tak, jak se to u zařízení předpokládá. Toto zařízení není určeno k používání v rámci podnikání.

Prosíme, abyste zařízení nepoužívali venku. Umísťujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, bezprostředního slunečního záření, vlhkosti (v žádném případě je nesmíte ponořovat do tekutin) a ostrých hran. Neobsluhujte zařízení vlhkýma rukama.

Pokud by zařízení bylo vlhké nebo mokré, okamžitě vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (je třeba táhnout zástrčku, ne za kabel).

• Pokud zařízení nepoužíváte, nebo pokud chcete namontovat nějaké příslušenství, za účelem čištění nebo v případě jakýchkoliv poruch, vždy nejdříve zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Neponechávejte zařízení, které je v provozu, bez dozoru. Před opuštěním místnosti je třeba vždy zařízení vypnout a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

• Je třeba pravidelně kontrolovat, zda zařízení a síťový kabel nejsou poškozeny. V případě poškození musíte přestat zařízení používat.

• V případě poruchy neopravujte zařízení svépomocně, ale využijte služby autorizovaných odborníků.

Pokud by byl poškozen neodpojitelný kabel přívodu elektrického proudu, musí být vyměněn u výrobce, ve specializované opravě nebo odborníkem s příslušnými kvalifikacemi, aby bylo zabráněno možnému ohrožení.

• Používejte výhradně původní příslušenství.

• Pamatujte na dále uvedené „Zvláštní pokyny týkající se bezpečného používání“.

DĚTI A POSTIŽENÉ OSOBY

• Pro bezpečnost dětí neopnechávejte volně přístupné součásti obalu (igelitové tašky, lepenkové obaly, polystyrén apod.)

• Nedovolujte, aby si děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, motorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez nezbytných zkušeností a/nebo znalostí. Používání zařízení takými osobami je možné výhradně s dozorem osoby, která o ně pečuje nebo až když budou řádně poučené o pravidlech používání zařízení.

• Nedovolujte, aby si děti hrály se zařízením.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

• Používejte pouze lék předepsaný lékařem v množství určeném lékařem.

• V určitých pozicích (např. vertikálně nahoru) rozprašování může být přerušeno po krátké době. V takovém případě zařízení znovu naklopte, abyste znovu ponořili vibrátor v léku.

• NESMÍTE klepat na membránu kosmetickým tamponem nebo zkoušet vydloubat lék tyčkou. Hrozí nenávratné poškození membrány.

• Nedostatek správného a pravidelného čištění a dezinfekce zařízení může umožnit vývoj mikroorganismů v zařízení, což ohrožuje infekci.

- Zařízení pracuje nepřetržitě 20 minut. Poté se zařízení automaticky vypne. Pro opětovné zapnutí stisk-

něte tlačítko „zapnout/vypnout“.

• Nenechte ponořit žádné prvky rozprašovače do vody mimo vnitřní část nádoby na léčivý přípravek.

SPECIFIKACE

Napájení: 1,5 V *2AA alkalická baterie (není součástí dodávky) / USB typu C (součást dodávky)

Napájecí adaptér: Vstup 220-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A a výstup: DC 5V/1 A (není součástí dodávky)

USB typ C: 80cm, 5V/1A

Spotřeba energie < 2W

Ultrazvuková frekvence: 110 ± 10KHz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.02W

Spotřeba pracovního proudu: < 500 mA

Kapacita léku: 12 ml

Průměrná rychlost nebulizace: > 0,2 ml/min

Velikost částic (MMAD): 2,3µm ± 25%

3 úrovně rychlosti nebulizace: nízká, střední, vysoká

Funkce automatického čištění zajišťuje důkladnější čištění zbytků léčiva ukrytých v nebulizační síťce.

Hladina hluku: ≤ 50 dB

Automatické vypnutí: Bez léku / po nepřetržité práci po dobu 20 minut

Rozsah provozní teploty: - 1: 10 °C až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti: 10 až 95% relativní vlhkosti

Rozsah skladovacích teplot: -20°C až 70°C

Standardní balení : hlavní jednotka, nebulizační pohárek, maska pro dospělé, maska pro děti, náustek, pouzdro, USB typu C, gumová ochranná krytka. Velikost výrobku: 6 * 6 * 11 cm

POPIS SOUČÁSTÍ

(1) Hlavní jednotka

(2) Tlačítko ON/OFF.

(3) USB zásuvka

(4) Maska pro dospělé

(5) Maska pro dítě

(6) USB kabel

(7) Gumová zástrčka

(8) Náustek

(9) Tlačítko pro uvolnění rozstřikovače (tlačítko PUSH)

(10) Zámek nádoby na lék

(11) Rozstřikovací prvek

(12) Nádoba na lék

(13) Membrána

(14) Výstupní tryska aerosolu

(15) Infuze léku

(16) Vibrátor (uvnitř infuze, neviditelný)


(17) Komora na baterie

(18) Elektrody

(19) Indikátor nízké hladiny vody

(20) Pracovní indikátor

(21) Indikátor nízkého výkonu



JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT?

Připojení ke zdroji napájení

Vyberte zdroj energie. Zařízení můžete připojit pomocí kabelu USB-C k napájení nebo použít baterii AA. Kabel USB-C: Připojte jeden konec kabelu USB-C k hlavní jednotce a druhý k počítači, notebooku nebo napájecímu zdroji.

Alkalické baterie: Zařízení může být napájeno alkalickými bateriemi AA. Otevřete přihrádku na baterie, vložte nové baterie podle vyznačených pólů a zavřete prostor pro baterii.

Používání zařízení

- Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na lék a zvedněte jej.
- Před prvním použitím, pokud přístroj nebyl používán po dlouhou dobu při běžném používání přístroje, náustky a masky by měly být denně vyčištěny a dezinfikovány. Způsob čištění a dezinfekce je popsán v bodech "Čištění" a "Dezinfekce".
- Vytáhněte zámek a otevřete nádobu na lék.
- Naplňte nádobu s lékem a zavřete zámek.
- Posuňte rozprašovač do hlavní jednotky tak, aby zaskočil na místě.
- Vyberte zdroj energie, jak je popsáno výše.
- Vložte masku nebo náustek na výstupní trysku aerosolu.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí — indikátor se rozsvítí zeleně. Zařízení začne pracovat.

Pozor:

- Zařízení pracuje nepřetržitě 20 minut. Poté se zařízení automaticky vypne. Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko „zapnout/vypnout“.
- Když je baterie vybitá, indikátor slabé energie 4krát zabliká oranžovou barvou a poté se zařízení automaticky vypne.
- Když se lék vyčerpá, přístroj se automaticky vypne — předtím, než k tomu dojde, rozsvítí se třikrát červeně.

Nastavení rychlosti rozprašování

Tento přístroj je vybaven 3 úrovněmi rychlosti nebulizace: nízká, střední, rychlá.

Stiskněte tlačítko „zapnuto/vypnuto“ a pracovní indikátor se zobrazí zeleně. Zařízení začne pracovat. Je v nejnižší rychlosti nebulizace, zatímco zelený indikátor je trochu zamračený. Znovu stiskněte tlačítko „on/off“, rychlost rozprašování je o něco vyšší, zatímco zelený indikátor je o něco světlejší. Znovu stiskněte tlačítko „on/off“, rychlost mlžení je nejrychlejší, zatímco zelený indikátor je v plném jasu.

INHALACE

Upozornění: Používejte pouze lék předepsaný lékařem v množství určeném lékařem.

- Mírně sklopte zařízení do polohy membrány. V této poloze je vibrátor ponořen do léku a nebulizační prvek začne pracovat při spuštění zařízení. Po ponoření vibrátoru do léku může být zařízení použito v libovolném úhlu.
- V určitých pozicích (např. vertikálně nahoru) rozprašování může být přerušeno po krátké době. V takovém případě zařízení znovu naklopte, abyste znovu ponořili vibrátor v léku.
- Obejměte náustek ústy nebo aplikujte masku na rty a nos. Během inhalace buďte vždy klidní a uvolněni. Dýchejte hluboce, aby se lék mohl dostat hluboko do průdušek. Držte dech na chvíli, pak pomalu vydechněte a vyjměte náustek z úst. Nedychejte příliš rychle. Zastavte akci, pokud máte pocit, že si potřebujete odpočinout. Můžete synchronizovat rozptýl s dechovými a výdechovými cykly pomocí zařízení v režimu ručního rozprašování.

Pozor:

- Pokud se na membráně hromadí přebytečné léčivo, může být rozprašování zastaveno. V takovém případě vypněte zařízení a odstraňte masku/náustek. Shromážděte lék pomocí hadříku, který nezanedbává vlákna.
- NESMÍTE klepat na membránu kosmetickým tamponem nebo zkoušet vydolovat lék tyčkou. Hrozí

nenávratné poškození membrány.

- Na konci inhalace vždy vypněte rozprašovač tlačítkem zapnutí/vypnutí.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pozor: Nedostatek správného a pravidelného čištění a dezinfekce zařízení může umožnit vývoj mikroorganismů v zařízení, což ohrožuje infekci.

Čištění nádoby na lék

1. Odstraňte masku/náustek z hlavní jednotky.
2. Odstraňte nádobu na lék z hlavní jednotky:
3. Otevřete zátku nádoby na lék a odstraňte zbytky léku.
4. Nalijte studenou vodu do nádoby na lék, odstraňte zbytky léku z otvorů vibrátoru. Nenechte ponořit žádné prvky rozprašovače do vody mimo vnitřní část nádoby na léky.

Automatické hloubkové čištění

Aby bylo možné důkladněji odstranit zbytky léků, které zůstaly v kanálech rozprašovače nebo na síťce rozprašovače, je tento přístroj vybaven funkcí automatického hloubkového čištění.

Po provedení výše uvedených 4 kroků čištění. Znovu nalijte čistou studenou vodu z vodovodu, zavřete zámek nádoby. Stiskněte a podržte tlačítko „zapnuto/vypnuto“ po dobu 4 sekund, přístroj zahájil čištění, zatímco zelený indikátor se střídavě zobrazuje v ponurém a jasném světle. Tento proces samočištění trvá 2 minuty. Po dokončení procesu se zařízení automaticky vypne. Přebytkovou vodu vylijte. Nádobu nechte vyschnout na čisté utěrce nebo papíru, který nepouští vlákna.

Čištění rozprašovací jednotky, membrány a hlavní jednotky

- NESMÍTE klepat na membránu kosmetickým tamponem nebo zkoušet vydolovat lék tyčkou. Hrozí nenávratné poškození membrány.
- Vyčistěte hlavní jednotku, membránu a elektrody — otřete je gázou (navlhčenou). Nepoužívejte tekavé látky, jako je benzen nebo rozpouštědlo.

DEZINFEKCE ZAŘÍZENÍ

Pozor: Nedostatek správného a pravidelného čištění a dezinfekce zařízení v souladu s pokyny může umožnit vývoj mikroorganismů v zařízení, což ohrožuje infekci.

- Před prvním použitím, pokud přístroj nebyl používán po dlouhou dobu při běžném používání přístroje, náustky a masky by měly být denně dezinfikovány.
- Alkohol může být použit k dezinfekci. Ponořte masky a náustek do 70% ethanolu na asi 1 minutu. Odstraňte přebytečný alkohol z elementů a nechte je uschnout na čistém ručníku nebo papírovém ručníku bez vláken.
- Vinný ocet může být také použit k dezinfekci. Smíchejte roztok jedné části bílého vinného octa se třemi díly destilované vody. Ujistěte se, že množství roztoku je dostatečné k ponoření náustku a masky. Odstraňte přebytečný roztok z prvků a nechte je uschnout na čistém ručníku nebo papírovém ručníku bez vláken.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

CHYBA	PŘÍČINA SELHÁNÍ	ŘEŠENÍ
Zařízení nelze zapnout	Nesprávně nainstalovaná baterie	Nainstalujte baterii správně podle návodu.
	nízká úroveň nabití baterie	Vyměňte baterii.
	Napájecí adaptér a zařízení nejsou správně připojeny	Znovu ji připojte a restartujte.
Napájení zapnuto, ale nefunguje	Elektroda na hlavní jednotce nebo pohárek jsou znečištěné	Vyčistěte elektrodu a restartujte počítač.
	Bliká indikátor slabé baterie	Vyměňte baterii a restartujte počítač.
	Sítka je znečištěná nebo zablokována	"Vyčistěte pohárek na léky podle pokynů. Pokud se závada po vyčištění nevytloučí, vyměňte pohárek na léky."
	Pohár na léky není sestaven na správném místě	Znovu nasadte pohárek na léky a restartujte.
	Kelímek na léky je dlouho naplněn tekutým lékem a vytváří se vodní film	Protřepjte pohárek na léky a restartujte jej.
Napájení zapnuto, pracovní indikátor bliká po dobu jedné sekundy, pak bliká indikátor slabého léku, pak se automaticky vypne	Není vyčerpán žádný lék nebo tekutina.	Přidejte lék.
	Velmi špatně vodivá kapalina uvnitř pohárku na léky (např. destilovaná voda)	Přidejte lék nebo fyziologický roztok.
	Kelímek na léky není sestaven na správném místě.	Znovu sestavte pohárek na léky a restartujte jej.
	Elektroda na hlavní jednotce nebo pohárku na léky je znečištěná.	Vyčistěte elektrodu a znovu ji spusťte.
	Kapalina nebyla v kontaktu se sítkou déle než přibližně 8 sekund.	Nakloňte přední část rozprašovače směrem k uživateli, aby se tekutina dostala do kontaktu se sítkou.
Automatické vypnutí během používání	Léčivo je vyčerpáno.	Přidejte lék.
	Lék není v plném kontaktu se sítkou.	Nakloňte přední část nebulizátoru směrem k uživateli, aby se tekutina dostala do kontaktu s oky.
	Na síťce jsou zbytky kapaliny nebo je v kalíšku na léky umístěna velmi slabě vodivá kapalina (např. destilovaná voda).	Přidejte lék nebo fyziologický roztok.

ZÁRUKA

1. Záruku poskytuje společnost EDC Poterek Sp. Jawna se sídlem: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Oża—rów Mazowiecki, Polsko, tel. servis: 004822-7213571 linka 10 — dále jen EDC Poterek Sp. Jawna.
2. Tato záruka upřesňuje práva a povinnosti kupujícího vůči firmě EDC Poterek Sp. Jawna. Přečtěte pečlivě tento záruční list, protože v případě nároku vůči firmě EDC Poterek Sp. Jawna bude považováno, že se uživatel seznámil se záručními podmínkami a s nimi souhlasil.
3. EDC Poterek Sp. Jawna zaručuje, že každý výrobek, včetně příslušenství zahrnutého v balení, nemá žádné materiálové a výrobní vady, za podmínky jeho běžného používání v souladu s určením.
4. V případě zjištění poškození v záručním období, EDC Poterek Sp. Jawna dle vlastního výběru opraví nebo vymění výrobek za nový, s použitím nových nebo výrobcem opravených součástí. V případě použití výrobce obnovených součástí, EDC Poterek Sp. Jawna zaručuje, že budou se vyznačovat stejnými vlastnostmi jak nové výrobky.
5. Vadný výrobek musí být vrácen společně s potvrzením o přijetí, obchodní fakturou nebo jiným dokladem o koupi na místě prodeje. To by mělo zahrnovat veškeré příslušenství připojené v originálním balení. EDC Poterek Sp. Jawna má právo odmítnout záruku, pokud bude chybět nějaké příslušenství.
6. EDC Poterek Sp. platba zahrnuje náklady na doručení reklamovaného zboží na místo uvedené v záruce.
7. EDC Poterek Sp. Jawna je odhodlána reagovat na reklamaci do 14 kalendářních dnů ode dne jeho oznámení v místě prodeje. EDC Poterek Sp. Jawna opraví vadný výrobek v nejkratším možném čase. Pokud bude muset dovážet ze zahraničí, z částí, které jsou nutné k opravě, může být tato lhůta prodloužena.
8. Pokud při plnění svých povinností EDC Poterek Sp. Jawna poskytla oprávněné osobě záruku namísto vadného předmětu bez vad nebo provedla významné opravy na předmětu, na který se záruka vztahuje, záruční doba začíná znovu od okamžiku doručení věci bez vad nebo vrácení opraveného předmětu. Pokud EDC Poterek Sp. Jawna zmínil část věci, výše uvedené ustanovení se použije odpovídající způsobem pro uvedenou část. V ostatních případech se záruční doba prodlužuje o dobu, během níž ji nemohl držitel záruky v důsledku vady předmětu, na který se záruka vztahuje, použít.
9. V případě nutnosti výměny výrobku za nový, EDC Poterek Sp. Jawna si vyhrazuje právo na výměnu za novější model s podobnými vlastnostmi, pokud byla zahájena jeho prodej a nahradil předchozí model.
10. V případě nároku na náhradu, je považováno, že kupující souhlasil s tím, že oprava a výměna (v závislosti na dostupnosti výrobku), dle rozhodnutí servisu, je jediným a výhradním prostředkem uplatnění nároku na záruku vůči firmě EDC Poterek Sp. Jawna.
11. Záruka platí v Polsku.

VYLOUČENÍ:

Záruka se nevztahuje na:

1. Výrobky, které nebyly vyrobeny firmou EDC Poterek Sp. Jawna
2. Výrobky, které byly poškozeny nebo měly závady následkem:
 - používání v nesouladu s jejich běžným určením
 - úpravy nebo zásahu do vnitřní struktury zařízení
 - oprav v neautorizovaných servisních střediscích nebo v servisu jiném než servis firmy EDC Poterek Sp. Jawna, nesprávného skladování, dopravy nebo balení
 - nesprávné instalace výrobků nebo softwaru
 - mechanických, fyzických, chemických, apod. poškození
3. EDC Poterek Sp. Jawna, nenese zodpovědnost za vzniklá poškození, týkající se ztráty obchodu, dat, zisků nebo škod vzniklých používáním výrobků EDC Poterek Sp. Jawna ve spolupráci s jinými zařízeními.
4. Výrobky s porušenými plombami, nálepkami a podstatně opotřebované výrobky. Na všechny výrobky EDC Poterek Sp. Jawna, se vztahuje dvouletá záruka výrobce a nezbytné bezpečnostní certifikáty.

Na všechny výrobky EDC Poterek Sp. Jawna se vztahuje dvouletá záruka výrobce a všechny jsou vybaveny nezbytnými certifikáty.



V souladu s Nařízením 2012/19/EU je likvidace elektrospotřebičů a elektronická spolu s komunálním odpadem z domácnosti zakázána. Jejich součástí se recyklují nebo je třeba je likvidovat samostatně. V opačném případě mohou způsobit uvolňování do ovzduší škodlivých a nebezpečných látek do životního prostředí a lidské zdraví. Právní předpisy zavazují každého spotřebitele k bezplatnému vrácení opotřebovaných a nadbytečných elektrospotřebičů jejich výrobcům, prodejcům nebo na místech zabývajících se likvidací odpadu tohoto druhu. Podrobné podmínky určují předpisy platné v konkrétní zemi. Tento symbol uvedený na výrobku, v návodu na používání nebo na obalu navazuje na tento požadavek. Díky správnému třídění a dodržování předpisů týkajících se likvidace odpadu přispívá každý uživatel tímto významným způsobem k ochraně životního prostředí.

MEMBRAN-VERNEBLER

Aerosol entsteht durch das Pumpen eines flüssigen Medikaments durch feine Öffnungen in einem Netz aus moderner Metalllegierung. Dies wird durch einen Titan-Vibrator erreicht, der mit hoher Frequenz oszilliert.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist die Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Anleitung ist mit dem Garantieschein, der Rechnung und nach Möglichkeit mit der Verpackung aufzubewahren. Falls das Gerät an Dritte abgegeben wird, ist die Anleitung mit abzugeben.

- Das Gerät ist ausschließlich für Privatzwecke zu nutzen, so wie das für das Gerät vorgesehen ist. Das Gerät ist nicht für kommerzielle Zwecke vorgesehen.

Das Gerät nicht Außen verwenden. Das Gerät ist von Warmquellen, von Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern zu halten (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen). Das Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen.

Wenn das Gerät feucht oder nass ist, sofort den Stecker herausziehen (am Stecker halten, nicht am Kabel).

- Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, oder wenn Sie Zubehör montieren möchten, das Gerät reinigen möchten, bitte das Gerät immer ausschalten und den Stecker vom Netz ziehen.
- Wenn das Gerät im Betrieb ist, nicht unbeaufsichtigt lassen. Vor dem Verlassen des Raumes das Gerät immer ausschalten und den Stecker vom Netz ziehen.
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob das Gerät und das Kabel nicht beschädigt sind. Im Falle einer Beschädigung das Gerät nicht weiter verwenden.
- Im Falle einer Störung das Gerät niemals selbständig reparieren, sondern die Hilfe eines Fachmanns nutzen. Falls das Speisekabel beschädigt wird, soll es beim Hersteller oder einem Fachgeschäft ausgetauscht werden zwecks Vermeidung einer Gefährdung.
- Es sind nur originelle Zubehörteile zu verwenden.
- Denken Sie an die weiter aufgeführten „Besonderen Hinweisen zur sicheren Nutzung“.

KINDER UND BEHINDERTE PERSONEN

- Zur Sicherheit der Kinder bitte die Zubehörteile der Verpackung niemals lose lassen (Plastiktaschen, Kartons, usw.)
- Kinder sollen nicht mit Folie spielen. Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (darunter Kinder) bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert. Die Nutzung des Gerätes von solchen Personen erfolgt ausschließlich unter Aufsicht eines Betreuers der nach Erhalt entsprechender Hinweise.
- Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.

BESONDERE SICHERHEITSREGELN

- Verwenden Sie nur die von Ihrem Arzt verordneten Medikamente in der von ihm angegebenen Menge.
- In einigen Positionen (z.B. vertikal nach oben) kann die Vernebelung nach kurzer Zeit unterbrochen werden. In diesem Fall kippen Sie das Gerät erneut für einen Moment, um den Vibrator wieder in das Medikament einzutauchen.
- Klopfen Sie NICHT mit einem Wattepad auf die Membran, noch versuchen Sie nicht, das Medikament mit einer Nadel herauszubekommen. Dadurch kann die Membran irreversibel beschädigt werden.
- Das Fehlen einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Reinigung und Desinfektion des Gerätes kann die Entwicklung von Mikroorganismen im Gerät ermöglichen, was zu einer Infektion führen kann.
- Das Gerät bleibt 20 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- Tauchen Sie KEINE Teile des Verneblers in Wasser, mit Ausnahme des Innenraums des Medikamentenbehälters.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 1,5V *2AA Alkaline Batterie (nicht enthalten) / USB Typ C (enthalten)

Netzadapter: Eingang 220-240V, 50/60Hz, 0,5A & Ausgang: DC 5V/1A (nicht enthalten)

USB Typ C: 80cm, 5V/1A

Stromverbrauch: < 2W

Ultraschallfrequenz: $110 \pm 10\text{KHz}$

Standby-Stromverbrauch: < 0.02W

Stromverbrauch im Betrieb: < 500 mA

Medikamentenkapazität: 12 mL

Durchschnittliche Vernebelungsrate: > 0.2ml/min

Partikelgröße (MMAD): $2.3\mu\text{m} \pm 25\%$

3 Stufen der Vernebelungsgeschwindigkeit: niedrig, mittel, hoch

Auto-Clean sorgt für eine gründlichere Reinigung von Arzneimittelrückständen, die sich im Verneblungsnetz befinden.

Geräuschpegel: $\leq 50\text{ dB}$

Automatische Abschaltung: Kein Medikament / nach ununterbrochenem Betrieb für 20 Minuten

Betriebstemperaturbereich: 10°C bis

40°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis

95% RH

Lagertemperaturbereich: -20°C bis 70°C

Standardpaket: Hauptgerät, Verneblungsbecher, Erwachsenenmaske,


Kindermaske, Mundstück, Tasche, USB

Typ C, Gummischutzhülle

Produktgröße: $6 * 6 * 11\text{ cm}$

TEILENBEZEICHNUNG

- (1) Haupteinheit
- (2) ON/OFF-Taste (EIN/AUS)
- (3) USB-Schnittstelle
- (4) Atemmaske für Erwachsene
- (5) Atemmaske für Kinder
- (6) USB-Kabel
- (7) Gummistopfen
- (8) Mundstück
- (9) Entriegelungstaste des Verneblers (Taste PUSH)
- (10) Sperre des Medikamentbehälters
- (11) Verneblungskörper
- (12) Medikamentbehälter
- (13) Membrane
- (14) Nebel-Auslassdüse
- (15) Medikament-Einfüllöffnung
- (16) Vibrator (innerhalb der Medikament-Einfüllöffnung, unsichtbar)
- (17) Batteriekammer
- (18) Elektroden
- (19) Anzeige für niedrigen Wasserstand
- (20) Arbeitsanzeige
- (21) Anzeige für niedrigen Stromverbrauch



WIE GEBRAUCHT MAN DAS GERÄT?

Anschluss an eine Stromquelle

Wählen Sie eine Stromquelle aus. Sie können das Gerät über ein USB-C-Kabel an das Stromnetz anschließen oder AA-Batterien verwenden.

USB-C-Kabel: Schließen Sie ein Ende des USB-C-Kabels an die Haupteinheit und das andere Ende an Ihren Computer, Laptop oder Netzteil an.

Alkalibatterien: Das Gerät kann mit AA-Alkalibatterien betrieben werden. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie neue Batterien gemäß den markierten Polen ein und schließen Sie das Batteriefach.

Nutzung des Geräts

- Drücken Sie die Entriegelungstaste am Medikamentenbehälter und heben Sie ihn an.
- Reinigen und desinfizieren Sie Mundstücke und Masken vor dem ersten Gebrauch, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, sowie Tag täglich bei normalem Gebrauch des Geräts. Die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren sind in den Kapiteln „Reinigung“ und „Desinfektion“ beschrieben.
- Ziehen Sie die Sperre, um den Medikamentenbehälter zu öffnen.
- Füllen Sie den Medikamentenbehälter und schließen Sie die Sperre.
- Schieben Sie den Vernebelungskörper in die Haupteinheit hinein, so dass er in seiner Position einrastet.
- Wählen Sie eine Stromquelle, wie oben beschrieben.
- Setzen Sie die Maske oder das Mundstück auf die Nebel-Auslassdüse.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste - die Kontroll-LED leuchtet grün. Das Gerät beginnt zu arbeiten.

Vorsicht:

- Das Gerät bleibt 20 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeige für schwache Leistung 4 Mal orange und dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn das Medikament aufgebraucht ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus - vorher leuchtet die Kontroll-LED dreimal rot.

Einstellen der Vernebelungsgeschwindigkeit

Dieses Gerät ist mit 3 Stufen der Vernebelungsgeschwindigkeit ausgestattet: niedrig, mittel, schnell. Drücken Sie die „on/off“-Taste und die Betriebsanzeige leuchtet grün. Das Gerät beginnt zu arbeiten. Es ist in der niedrigsten Vernebelungsgeschwindigkeit, während die grüne Anzeige ein wenig düster ist. Drücken Sie die „on/off“-Taste erneut, die Vernebelungsgeschwindigkeit ist ein wenig schneller, während die grüne Anzeige etwas heller ist. Drücken Sie die „on/off“-Taste erneut, die Vernebelungsgeschwindigkeit ist die schnellste, während die grüne Anzeige in voller Helligkeit ist.

INHALLATIONEN

Vorsicht: • Verwenden Sie nur die von Ihrem Arzt verordneten Medikamente in der von ihm angegebenen Menge.

• Kippen Sie das Gerät leicht in die Membranposition. In dieser Position wird der Vibrator in das Medikament eingetaucht, und der Vernebelungskörper beginnt nach dem Starten des Gerätes zu arbeiten. Nach dem Eintauchen des Vibrators in das Medikament kann das Gerät unter jedem Winkel eingesetzt werden.

Vorsicht: In einigen Positionen (z.B. vertikal nach oben) kann die Vernebelung nach kurzer Zeit unterbrochen werden. In diesem Fall kippen Sie das Gerät erneut für einen Moment, um den Vibrator wieder in das Medikament einzutauchen.

• Legen Sie das Mundstück in den Mund oder legen Sie die Maske auf Mund und Nase auf. Seien Sie beim Einatmen immer ruhig und entspannt. Atmen Sie tief durch, damit das Medikament tief in die Bronchien eindringen kann. Halten Sie kurz den Atem und atmen danach langsam aus, indem Sie das Mundstück aus dem Mundstück nehmen. Atmen Sie nicht zu schnell. Unterbrechen Sie die Inhalation, wenn Sie spüren, dass Sie eine Pause brauchen. Sie können die Vernebelung mit den Einatmungs- und Ausatemzyklen synchronisieren, indem Sie das Gerät im manuellen Verneblungsmodus verwenden.

Vorsicht:

- Wenn sich überschüssige Medikamente auf der Membran ansammeln, kann die Vernebelung gestoppt werden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und entfernen Sie die Maske/das Mundstück. Sammeln

Sie das Medikament mit einem fusselfreien Tuch auf.

- Klopfen Sie NICHT mit einem Wattepad auf die Membran, noch versuchen Sie nicht, das Medikament mit einer Nadel herauszubekommen. Dadurch kann die Membran irreversibel beschädigt werden.
- Schalten Sie den Vernebler nach der Inhalation immer mit der On/Off-Taste aus.

REINIGUNG DES GERÄTS

Vorsicht: Das Fehlen einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Reinigung und Desinfektion des Gerätes kann die Entwicklung von Mikroorganismen im Gerät ermöglichen, was zu einer Infektion führen kann.

Reinigung des Medikamentbehälters

1. Entfernen Sie die Maske/das Mundstück von der Haupteinheit.
2. Entfernen Sie den Medikamentbehälter von der Haupteinheit:
3. Öffnen Sie den Deckel des Medikamentbehälters, entfernen Sie eventuelle Medikamentenreste.
4. Gießen Sie kaltes Wasser in den Medikamentbehälter, entfernen Sie Medikamentenreste aus den Vibratorlöchern. Tauchen Sie KEINE Teile des Verneblers in Wasser, mit Ausnahme des Innenraums des Medikamentenbehälters.

Automatische Tiefenreinigung

Um Medikamentenrückstände in den Verneblerkanälen oder auf dem Verneblernetz gründlicher zu entfernen, verfügt dieses Gerät über eine automatische Tiefenreinigungsfunktion.

Nach den oben genannten 4 Schritten der Reinigung. Gießen Sie erneut sauberes, kaltes Leitungswasser ein und schließen Sie den Behälterverschluss. Drücken und halten Sie die „Ein/Aus“-Taste für 4 Sekunden, das Gerät beginnt mit der Reinigung, während die grüne Anzeige abwechselnd dunkel und hell leuchtet. Dieser Selbstreinigungsprozess dauert 2 Minuten. Nach Abschluss des Vorgangs schaltet sich das Gerät automatisch ab. Schütten Sie das überschüssige Wasser weg. Lassen Sie den Behälter auf einem sauberen, fusselfreien Handtuch oder Papier an der Luft trocknen.

Reinigung des Verneblungskörpers, der Membran und der Haupteinheit

- Klopfen Sie NICHT mit einem Wattepad auf die Membran, noch versuchen Sie nicht, das Medikament mit einer Nadel herauszubekommen. Dadurch kann die Membran irreversibel beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Haupteinheit, die Membran und die Elektroden - wischen Sie sie mit (angefeuchteter) Gaze ab. Verwenden Sie keine flüchtigen Mittel wie Benzol oder Lösungsmittel.

DESINFEKTION DES GERÄTES

Vorsicht: Das Fehlen einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Reinigung und Desinfektion des Gerätes laut Anweisungen kann die Entwicklung von Mikroorganismen im Gerät ermöglichen, was zu einer Infektion führen kann.

- Desinfizieren Sie Mundstücke und Masken vor dem ersten Gebrauch, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, sowie Tag täglich bei normalem Gebrauch des Geräts.
- Zur Desinfektion kann Alkohol verwendet werden. Tauchen Sie die Masken und das Mundstück ca. 1 Minute lang in 70%-igem Ethanol ein. Schütteln Sie das überschüssige Alkohol von den Teilen ab und lassen Sie sie auf einem sauberen, fusselfreien Handtuch oder Papiertuch trocknen.
- Weinessig kann auch zur Desinfektion verwendet werden. Mischen Sie einen Teil weißen Essig mit drei Teilen destilliertem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Lösungsmenge ausreicht, um das Mundstück und die Masken einzutauchen. Schütteln Sie die überschüssige Lösung von den Teilen ab und lassen Sie sie auf einem sauberen, fusselfreien Handtuch oder Papiertuch trocknen.

FEHLERSUCHE

FEHLER	URSACHE DES FEHLERS	LÖSUNG
Gerät lässt sich nicht einschalten	Falsch eingesetzte Batterie	Legen Sie die Batterie gemäß der beschriebenen Anleitung ein.
	niedriger Batteriestand	Tauschen Sie die Batterie aus.
	Das Netzteil und das Gerät sind nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie das Gerät wieder an und starten Sie es neu.
Einschalten, aber kein Betrieb	Die Elektrode am Hauptgerät oder die Schale ist verschmutzt	Reinigen Sie die Elektrode und starten Sie neu.
	Anzeige für niedrigen Batteriestand blinkt	Ersetzen Sie die Batterie und starten Sie neu.
	Die Masche ist verschmutzt oder verstopft	"Reinigen Sie den Medikamentenbecher gemäß den Anweisungen. Tauschen Sie den Medikamentenbecher aus, wenn der Fehler nach der Reinigung nicht behoben ist."
	Der Medikamentenbecher ist nicht an der richtigen Stelle eingesetzt	Setzen Sie den Medikamentenbecher wieder zusammen und starten Sie neu.
	Der Medikamentenbecher ist über einen längeren Zeitraum mit flüssigem Medikament gefüllt, so dass sich ein Wasserfilm bildet.	Medikamentenbecher schütteln und neu starten.
Einschalten, Betriebsanzeige blinkt für eine Sekunde, dann blinkt die Anzeige für niedrigen Medikamentenstand, dann automatische Abschaltung	Kein Medikament oder die Flüssigkeit ist aufgebraucht.	Medikament einfüllen.
	Sehr schlecht leitende Flüssigkeit im Medikamentenbecher (z. B. destilliertes Wasser)	Medikament oder Kochsalzlösung einfüllen.
	Der Medikamentenbecher ist nicht an der richtigen Stelle montiert.	Medikamentenbecher wieder zusammensetzen und neu starten.
	Die Elektrode am Hauptgerät oder der Medikamentenbecher ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Elektrode und starten Sie das Gerät neu.
	Die Flüssigkeit war nicht länger als 8 Sekunden mit dem Netz in Kontakt.	Neigen Sie die Vorderseite des Verneblers zum Benutzer, damit die Flüssigkeit mit dem Gewebe in Kontakt kommt.
Automatische Abschaltung während des Gebrauchs	Das Medikament ist aufgebraucht.	Medikament einfüllen.
	Das Medikament ist nicht in vollem Kontakt mit dem Sieb.	Neigen Sie die Vorderseite des Verneblers zum Benutzer, damit die Flüssigkeit mit dem Netz in Kontakt kommt.
	Es befinden sich Flüssigkeitsreste auf dem Gewebe oder eine sehr schwach leitende Flüssigkeit (z. B. destilliertes Wasser) befindet sich im Medikamentenbecher.	Fügen Sie Medikamente oder Kochsalzlösung hinzu.

GARANTIE

1. Garantie wird erteilt von der Firma EDC Poterek Sp. Jawna mit Sitz in: ul.Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki / POLEN, Tel. Servis: 022-7213571 Hausruf 10 - nachfolgend EDC Poterek Sp. Jawna genannt.
2. Dem Erwerber werden mit der vorliegenden Garantie Rechte und Berechtigungen der EDC Poterek Sp. Jawna. gegenüber zuerkannt. Diese Garantie ist genau zu lesen, denn bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen wird angenommen, dass der Verbraucher sich mit den Garantiebedingungen vertraut gemacht und diese akzeptiert hatte.
3. EDC Poterek Sp. Jawna. versichert, dass jedes Produkt, inklusive der in der Verpackung enthaltenen Ausstattung, ist frei von Material- und Fabrikationsfehlern, vorausgesetzt es wird normal bestimmungsgemäß verwendet.
4. Tritt eine Beschädigung (Defekt) während der Garantiezeit auf, wird EDC Poterek Sp. Jawna. nach eigenem Ermessen das gegebene Produkt reparieren oder gegen ein neues umtauschen, unter Anwendung von neuen oder fabrikmäßig erneuten Teile. Im Fall der Anwendung von fabrikmäßig erneuten Teile gewährleistet EDC Poterek Sp. Jawna, dass die Eigenschaften dieser Teile den neuen Produkten entsprechen werden.
5. Defektes Produkt sollte mit Empfang, Handelsrechnung oder einem anderen Kaufnachweis an den Ort des Kaufs zusammen zurückgegeben werden. Es sollte alles Zubehör in Originalverpackung befestigt ist. EDC Poterek Sp. Jawna. hat Recht auf Garantie abzulehnen, wenn nicht alle Zubehör wird uns fehlen.
6. EDC Poterek Sp. Jawna deckt die Kosten für die Lieferung der beanstandeten Ware an den in der Garantie angegebenen Ort.
7. EDC Poterek Sp. Jawna. ist verpflichtet, auf die Beschwerde innerhalb von 14 Kalendertagen nach der Mitteilung in der Verkaufsstelle zu reagieren. EDC Poterek Sp. Jawna. wird das mangelhafte Produkt in kürzester Zeit zu reparieren. Wenn müssen aus dem Ausland importieren von Teilen, die notwendig sind, um die Reparatur dieses Mal kann verlängert werden.
8. Wenn EDC Poterek Sp. Jawna bei der Erfüllung seiner Aufgaben gewährte der berechtigten Person eine Garantie anstelle eines mangelfreien Gegenstandes oder führte wesentliche Reparaturen des von der Garantie abgedeckten Gegenstandes durch. Die Garantiefrist beginnt erneut mit dem Zeitpunkt der Lieferung des mangelfreien Gegenstandes oder der Rücksendung des reparierten Gegenstandes. Wenn EDC Poterek Sp. Jawna hat einen Teil der Dinge erwähnt, die vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für den genannten Teil. In anderen Fällen verlängert sich die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, in dem der Gewährleistungsinhaber sie aufgrund eines Mangels an dem von der Garantie abgedeckten Gegenstand nicht nutzen konnte.
9. Muss ein Produkt gegen ein neues umgetauscht werden, hat EDC Poterek Sp. Jawna das Recht, dem Kunden ein neues Modell von ähnlichen Gebrauchseigenschaften zu geben, wenn es sich im Verkauf befindet und das alte Modell ersetzt hat.
10. Im Fall der Erhebung von Garantieansprüchen wird vorausgesetzt, dass der Erwerber seine Zustimmung geäußert hat, und dass die Reparatur und der Umtausch (je nach Verfügbarkeit des Produkts), je nach Entscheidung der Serviceabteilung, das einzige und das ausschließliche Mittel sind, Garantierechte gegenüber EDC Poterek Sp. Jawna. geltend zu machen.
11. Die Garantie gilt in Polen.

GARANTIEAUSSCHLUSS:

Von der Garantie werden folgende Produkte nicht umfasst:

1. Produkte, die nicht von EDC Poterek Sp. Jawna hergestellt wurden
2. Produkte, die beschädigt wurden oder Fehler hatten infolge:
 - der Verwendung auf eine andere Art und Weise als ihre normale Bestimmung
 - der Modifikationen oder Ingerenzen in die innere Struktur des Gerätes
 - der Wartung bei nicht autorisierten Servicestellen oder bei einem anderen Service als der Service der EDC Poterek Sp. Jawna.
 - der unangemessenen Aufbewahrung, des Transports oder des Packens
 - der falschen Installation der Produkte oder der Software
 - der mechanischen, physischen, chemischen Beschädigungen, u.ä.
3. EDC Poterek Sp. Jawna. übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden betreffend Geschäftsverlust, Verlust von Daten, Gewinnen oder für solche Schäden, die aus der Anwendung von EDC Poterek Sp. Jawna- Produkten in der Zusammenarbeit mit anderen Geräten resultieren.
4. Produkte mit zerstörten/ beschädigten Siegeln, Aufklebern und Produkte, die hochgradig abgenutzt sind.

Auf alle EDC Poterek Sp. Jawna— Produkte wird eine Herstellergarantie von 2 Jahren erteilt. Alle Produkte besitzen notwendige Sicherheitsbescheinigungen.



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten im Hausmüll untersagt. Die Bauteile unterliegen dem Recycling und sollen getrennt entsorgt werden. Andernfalls können gefährliche und gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, die eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Das Gesetz verpflichtet jeden Verbraucher, unnötige oder gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an die Hersteller, Handelsvertreter oder Abfallbehandlungsanlagen zurückzugeben. Die genauen Bedingungen werden durch die Vorschriften des jeweiligen Landes reguliert. Dieses Symbol auf Produkten oder deren Anleitung weist auf die Entsorgung hin. Dank der richtigen Mülltrennung sowie der Einhaltung von Vorschriften über das Recycling trägt jeder Verbraucher somit zum Umweltschutz bei.

МЕМБРАННЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР

Аэрозоль создается путем прокачки жидкого лекарства через крошечные отверстия в сетке из современного металлического сплава. Это достигается благодаря высокочастотному вибратору из титана.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства пожалуйста, очень внимательно прочитайте инструкцию обслуживания. Просьба её хранить вместе с гарантийной картой, чеком и по возможности с картонной коробкой и внутренними вкладками. Передавая устройство другому лицу отдайте ему также инструкцию обслуживания.

- Просьба использовать устройство для домашних целей, для которых оно и предназначено. Это устройство не создавалось для использования в производственных целях.
- Просьба не использовать устройство с наружи. Просьба хранить устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружать в жидкости), а также острых кромок. Просьба не обслуживать устройство влажными ладонями.
- Если устройство влажное или мокрое, просьба немедленно вытянуть вилку (следует тянуть за вилку, а не за провод).
- Если Вы не пользуетесь устройством, если Вы хотите установить какие-либо аксессуары для очистки или для устранения каких-либо нарушений в работе, просьба всегда отключать устройство, вынув вилку из розетки.
- Работающее устройство не следует оставлять без надзора. Покидая помещение, устройство всегда следует отключить, вытянув сетевую вилку из розетки.
- Следует регулярно проверять исправность устройства и сетевого кабеля. В случае неисправности следует прекратить использование устройства.
- В случае аварии не следует ремонтировать устройство самому, а воспользоваться помощью авторизованного специалиста. Если питающий провод конструктивно неотсоединяем и оказался поврежденным, то его необходимо заменить у производителя или в специальной ремонтной мастерской или при помощи квалифицированного персонала.
- Просьба использовать только оригинальные аксессуары.
- Просим помнить об указанных далее „Специальных указаниях, относящихся к безопасному использованию“

ДЕТИ И НЕПОЛНОПРАВНЫЕ ЛИЦА

- Для безопасности детей просьба не оставлять в свободном доступе части упаковки (пластиковые мешки, картон, пенополистирол и т. п.)
- Не позволяйте детям играть с фольгой. Опасность удушья!
- Это устройство не может использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими и умственными возможностями, нарушениями моторики и не имеющими необходимого опыта, и/или знаний. Использование устройства такими лицами возможно только под надзором опекуна или после получения указаний, относящихся к использованию устройства.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только те лекарства, которые прописаны врачом в указанном им количестве.
- В некоторых положениях (например, в вертикальном) распыление может прерываться на несколько секунд. В этом случае устройство следует на несколько секунд перевернуть, чтобы погрузить вибратор в лекарство.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по мембране ватным тампоном или пытаться выковырять лекарство булавкой. Это может нанести непоправимый ущерб мембране.
- Отсутствие правильной и регулярной очистки и дезинфекции устройства может привести к развитию микроорганизмов в устройстве, вследствие чего возникает инфекция.
- Прибор продолжает работать в течение 20 минут. После этого прибор автоматически выключится. Для повторного включения нажмите кнопку „вкл/выкл“.
- НЕ погружайте какие-либо компоненты небулайзера в воду кроме резервуара для лекарства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 1,5 В *2AA щелочная батарея (не входит в комплект поставки) / USB тип C (входит в комплект поставки)

Адаптер питания: вход 220-240 В, 50/60 Гц, 0,5 А и выход: DC 5 В/1 А (не входит в комплект поставки)
USB типа C: 80 см, 5 В/1 А

Потребляемая мощность: < 2W

Ультразвуковая частота: 110 ± 10 КГц

Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0.02W

Потребляемый рабочий ток: < 500 мА

Емкость препарата: 12 мл

Средняя скорость распыления: > 0,2 мл/мин

Размер частиц (MMAD): $2,3 \mu\text{m} \pm 25\%$

3 уровня скорости небулизации: низкая, средняя, высокая

Автоматическая очистка обеспечивает более тщательную очистку от остатков лекарственных препаратов, скрытых в сетке небулайзера.

Уровень шума: ≤ 50 дБ

Автоматическое отключение: Отсутствие лекарств / после непрерывной работы в течение 20 минут

Диапазон рабочих температур: $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

Диапазон рабочей влажности: от 10 до

95% относительной влажности

Диапазон температур хранения: от

-20°C до 70°C


Стандартная комплектация: основной блок, небулайзер, маска для взрослых, маска для детей, загубник, чехол, USB

Туре C, резиновый защитный колпачок

Размер изделия: 6 * 6 * 11 см

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- (1) Основной блок
- (2) Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
- (3) USB-разъем
- (4) Маска для взрослого
- (5) Маска для ребенка
- (6) USB-кабель
- (7) Резиновая крышка
- (8) Мундштук
- (9) Кнопка разблокировки небулайзера (кнопка PUSH)
- (10) Фиксатор резервуара для лекарства
- (11) Небулайзер
- (12) Резервуар для лекарства
- (13) Мембрана
- (14) Сопло выхода аэрозоля
- (15) Вливное отверстие для лекарства
- (16) Вибратор (внутри вливного отверстия, невидимый)
- (17) Батарейный отсек
- (18) Электроды
- (19) Индикатор низкого уровня воды
- (20) Индикатор работы
- (21) Индикатор низкого уровня питания



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ?

Подключение к источнику питания

Выберите источник питания. Вы можете подключить устройство с помощью USB-C кабеля или использовать батареи AA.

USB-C-кабель: Подключите один конец USB-C-кабеля к основному блоку, а другой - к компьютеру, ноутбуку или адаптеру питания.

Щелочные батареи: Устройство может работать от щелочных батарей AA. Откройте батарейный отсек, вставьте новые батареи в соответствии с указанными полюсами и закройте батарейный отсек.

Использование устройства

- Нажмите кнопку разблокировки резервуара для лекарства и поднимите его.
- Перед первым использованием, если устройство не использовалось в течение длительного времени и ежедневно при обычном использовании, необходимо очистить и продезинфицировать мундштуки и маски. Способ очистки и дезинфекции описан в разделах «Очистка» и «Дезинфекция».
- Потяните за фиксатор, чтобы открыть резервуар для лекарства.
- Заполните резервуар для лекарства и закройте его, нажав на фиксатор.
- Вставьте небулайзер в основной блок так, чтобы он защелкнулся на своем месте.
- Выберите источник питания, как описано выше.
- Наденьте маску или мундштук на сопло выхода аэрозоля.
- Нажмите кнопку вкл/выкл – индикатор загорится зеленым цветом. Устройство начнет работать.

Внимание:

- Прибор продолжает работать в течение 20 минут. После этого прибор автоматически выключится. Для повторного включения нажмите кнопку „вкл/выкл“.

- При низком заряде батареи индикатор низкого заряда мигнет 4 раза оранжевым цветом, после чего прибор автоматически выключится.

• Когда лекарство закончится, устройство автоматически выключится - до того, как это произойдет, индикатор замигает 3 раза красным цветом.

Регулировка скорости распыления

В данном приборе реализованы 3 уровня скорости распыления: низкая, средняя, быстрая.

Нажмите кнопку „Вкл/Выкл“, и индикатор работы загорится зеленым цветом. Прибор начинает работать. На самой низкой скорости распыления зеленый индикатор немного тускнеет. При повторном нажатии кнопки „вкл/выкл“ скорость распыления немного увеличивается, а зеленый индикатор становится немного светлее. При повторном нажатии кнопки „вкл/выкл“ скорость распыления становится самой высокой, а зеленый индикатор светится в полную силу.

ИНГАЛЯЦИИ

Предупреждение: Используйте только те лекарства, которые прописаны врачом в указанном им количестве.

• Слегка наклоните устройство в положение мембраны. В этом положении вибратор погрузится в лекарство, а небулайзер начнет работать после запуска устройства. После погружения вибратора в лекарство устройство можно использовать под любым углом.

Предупреждение: В некоторых положениях (например, в вертикальном) распыление может прерываться на несколько секунд. В этом случае устройство следует на несколько секунд перевернуть, чтобы погрузить вибратор в лекарство.

• Обхватите мундштук губами или оденьте маску на рот и нос. Во время ингаляций всегда будьте спокойны и расслаблены. Дышите глубоко, чтобы лекарство могло проникнуть глубоко в бронхи. Задержите дыхание на мгновение, а затем медленно выдохните, вынимая мундштук изо рта. Не дышите слишком быстро. Прекратите процедуру, если Вы чувствуете, что нужно отдохнуть. Вы можете синхронизировать распыление с циклами вдоха и выдоха, используя устройство в ручном режиме распыления.

Внимание:

• Если на мембране накапливается избыток лекарства, распыление может быть остановлено. В таком случае выключите устройство и снимите маску/мундштук. Удалите излишки лекарства безворсовой тканью

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по мембране ватным тампоном или пытаться выковырять лекарство булавкой. Это может нанести непоправимый ущерб мембране.

- После завершения ингаляции всегда выключайте небулайзер кнопкой вкл/выкл.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Внимание: Отсутствие правильной и регулярной очистки и дезинфекции устройства может привести к развитию микроорганизмов в устройстве, вследствие чего возникает инфекция.

Очистка резервуара для лекарства

1. Снимите маску / мундштук с основного блока.
2. Выньте резервуар для лекарства из основного блока:
3. Откройте крышку резервуара для лекарства, удалите остатки лекарства.
4. Налейте холодную воду в резервуар для лекарства, удалите остатки лекарства из отверстий вибратора. НЕ погружайте какие-либо компоненты небулайзера в воду кроме резервуара для лекарства.

Автоматическая глубокая очистка

Для более тщательного удаления остатков лекарственных препаратов, оставшихся в каналах небулайзера или на его сетке, в данном приборе предусмотрена функция автоматической глубокой очистки.

После выполнения вышеуказанных 4 этапов очистки. Снова залейте чистую холодную водопроводную воду, закройте замок контейнера. Нажмите и удерживайте кнопку „вкл/выкл” в течение 4 секунд, прибор начнет очистку, при этом зеленый индикатор будет попеременно светиться то тускло, то ярко. Процесс самоочистки занимает 2 минуты. По окончании процесса прибор автоматически выключится. Вылейте излишки воды. Дайте контейнеру высохнуть на воздухе на чистом безворсовом полотенце или бумаге.

Очистка небулайзера, мембраны и основного блока

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по мембране ватным тампоном или пытаться выковырять лекарство булавкой. Это может нанести непоправимый ущерб мембране.
- Очистите основной блок, мембрану и электроды - протрите их (влажной) марлей. Не используйте летучих веществ, таких как бензол или растворитель.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ УСТРОЙСТВА

Внимание: Отсутствие правильной и регулярной очистки и дезинфекции устройства может привести к развитию микроорганизмов в устройстве, вследствие чего возникает инфекция.

- Перед первым использованием, если устройство не использовалось в течение длительного времени и ежедневно при обычном использовании, необходимо очистить и продезинфицировать мундштуки и маски.
- Для дезинфекции можно использовать спирт. Погрузите маски и мундштук в 70% этиловый спирт примерно на 1 минуту. Стряхните излишки спирта с предметов и отставьте их для сушки на чистое полотенце без ворса или бумажное полотенце.
- Для дезинфекции можно использовать также винный уксус. Смешайте одну часть белого винного уксуса с тремя частями дистиллированной воды. Убедитесь, что количество раствора достаточно, чтобы опустить мундштук и маски. Стряхните излишки спирта с предметов и отставьте их для сушки на чистое полотенце без ворса или бумажное полотенце.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЕ
Устройство не может включиться	Неправильная установка батареи	Установите батарею в соответствии с инструкцией.
	низкий уровень заряда батареи	Замените батарею.
	Адаптер питания и прибор подключены неправильно	Подключите и перезагрузите устройство.
Питание включено, но не работает	электрод на основном блоке или чашка загрязнены	Очистите электрод и перезагрузитесь.
	Мигает индикатор низкого уровня заряда батареи	Замените батарею и перезагрузите устройство.
	Сетка загрязнена или засорена	"Очистите стаканчик для лекарств в соответствии с инструкцией. Если после очистки неисправность не устранена, замените стаканчик для лекарств."
	Чашка для лекарств не установлена в правильное место	Соберите чашку для лекарств и перезагрузитесь.
	Чашка для лекарств заполнена жидким лекарством в течение длительного времени, в результате чего образуется водяная пленка	Встряхните стаканчик для лекарств и перезагрузитесь.
Включение питания, индикатор работы мигает в течение секунды, затем мигает индикатор низкого уровня лекарств, после чего устройство автоматически выключается	Лекарство отсутствует или жидкость израсходована.	Добавьте лекарство.
	Внутри стаканчика находится очень плохо проводящая жидкость (например, дистиллированная вода)	Добавьте лекарство или физраствор.
	Стаканчик для лекарств не установлен в правильное место.	Соберите стаканчик с лекарством и перезагрузите.
	Электрод на основном блоке или чашке для лекарств загрязнен.	Очистите электрод и перезагрузите прибор.
	Жидкость не контактирует с сеткой более 8 секунд.	Наклоните переднюю часть небулайзера к пользователю, чтобы жидкость соприкасалась с сеткой.
Автоматическое отключение во время использования	Лекарство закончилось.	Добавьте лекарство.
	Лекарство не полностью контактирует с сеткой.	Наклоните переднюю часть небулайзера к пользователю, чтобы жидкость контактировала с сеткой.
	На сетке остались остатки жидкости или в стаканчике для лекарств находится очень слабопроводящая жидкость (например, дистиллированная вода).	Добавьте лекарство или физраствор.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия предоставлена фирмой простое товарищество EDC Poterek Sp. Jawna, юридический адрес: ул. Познаньска 129/133, 05-850 Ожарув Мазовецки, тел, службы сервиса: 022-7213571 добав. 10, называемой далее Esperanza.
2. Настоящая гарантия предоставляет покупателю права и полномочия в отношении Esperanza. Настоящую гарантию следует внимательно прочитать, поскольку в случае предъявления претензий к Esperanza будет считаться, что пользователь ознакомился и принял условия гарантии.
3. Esperanza гарантирует, что во всех изделиях, включая комплектующие, содержащиеся в упаковке, отсутствуют дефекты материала и производственные дефекты при условии их нормальной эксплуатации в соответствии с назначением.
4. В случае Появления повреждений в течение гарантийного срока Esperanza по своему усмотрению либо произведёт ремонт изделия, либо заменит его на новое, используя новые или обновленные в заводских условиях запасные части. В случае использования частей, обновленных в заводских условиях, Esperanza гарантирует, что их характеристики будут аналогичны новым изделиям.
5. Бракованные изделия должны быть возвращены вместе с получения, коммерческий счет-фактуру или любой другой документ, подтверждающий покупку к месту покупки. Он должен включать все аксессуары, прикрепленные в оригинальной упаковке. Esperanza имеет право отклонить гарантии, если любые аксессуары будут не хватать.
6. EDC Poterek Sp. platba zahrnuje náklady na doručení reklamovaného zboží na místo uvedené v záruce.
7. Esperanza стремится реагировать на жалобы в течение 14 календарных дней с момента его уведомления в точке продажи. Esperanza будет отремонтировать неисправное изделие в кратчайшие сроки. Если будет необходимо импортировать из-за рубежа любых частей, которые необходимы для ремонта на этот раз может быть продлен.
8. Если при исполнении своих обязанностей EDC Poterek Sp. Jawna предоставила уполномоченному лицу гарантию вместо дефектного изделия без дефектов или произвела значительный ремонт изделия, на которое распространяется гарантия, гарантийный период начинается заново с момента поставки изделия без дефектов или возврата отремонтированного изделия. Если EDC Poterek Sp. Jawna упомянул часть вещей, вышеуказанное положение должно применяться соответственно к упомянутой части. В других случаях гарантийный срок продлевается на время, в течение которого в результате дефекта в предмете, на который распространяется гарантия, владелец гарантии не может его использовать.
9. В случае необходимости замены товара на новый, EDC Poterek Sp. Jawna оставляет за собой право замены на более новую модель с подобными эксплуатационными параметрами, если она была введена в продажу вместо предшествующей модели товара.
10. В случае заявления претензий считается, что покупатель выразил согласие с тем, что ремонт и замена (в зависимости от наличия товара), в зависимости решения службы сервиса, является единственной и исключительной формой истребования гарантийных прав в отношении EDC Poterek Sp. Jawna.
11. Гарантия действует в Польше.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

ГАРАНТИЯ не распространяется на:

1. Изделия, производителем которых является не EDC Poterek Sp. Jawna
2. Изделия, которые были повреждены или имели дефекты в результате: -использования непосредственно по назначению -модификации или вмешательства во внутреннюю конструкцию устройств -сервисного обслуживания неавторизованных сервисных пунктов, либо иной сервисной службе, чем EDC Poterek Sp. Jawna -неправильного хранения, перевозок или упаковок -неправильной установки предметов или программного обеспечения - механических, физических химических, и т.п. повреждений
3. EDC Poterek Sp. Jawna не несёт ответственности за ущерб в результате упущенного бизнеса и дохода, потерянных данных, или ущерба вследствие использования изделий EDC Poterek Sp. Jawna в работе с другими устройствами.
4. Изделия с сорванными пломбами, наклейками, а также сильно изношенные изделия. На все товары EDC Poterek Sp. Jawna распространяется 2-летняя гарантия производителя, и имеются все необходимые сертификаты безопасности.



В соответствии с Директивой 2012/19/EU, выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе с бытовыми отходами запрещено. Их составные части подлежат повторной переработке, либо их следует выбрасывать отдельно. В противном случае могут привести к возникновению вредных и опасных веществ, угрожающих окружающей среде и здоровью человека.

Закон обязывает каждого потребителя безвозмездно возвращать использованное и ненужное электрическое и электронное оборудование производителям, торговым посредникам или в пункты, занимающиеся утилизацией данного типа производителям, торговым посредникам или в пункты, занимающиеся утилизацией данного типа размещенный на изделии, в инструкции пользователя или на упаковке обязывает соблюдать именно это требование. Благодаря правильной сортировке, а также соблюдению предписаний, относящихся к утилизации отходов, каждый потребитель в значительной мере приобщается к охране окружающей среды.



DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

We, the manufacturer/importer (My, producent/importer):

DONGGUAN SIMZO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

NO.6, Zhangzhou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523187, P.R.China

Declares that the product (Deklarujemy, że produkt):

Kind of product (rodzaj produktu): **MESH NEBULIZER**

Type designation (nazwa własna): **RESPIRO**

Item No (numer/symbol): **ECN006**

Options (opcje):

The products is compatible with the following norms/standards:

Produkt jest zgodny z poniższymi normami/standardami:

93/42/EEC on Medical Devices, Annex V

Niniejsza deklaracja zgodności wydaje zostaną na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Manufacturers/ Authorised representative





2023-11-24

MODEL IDENTITY DECLARATION

We, the manufacturer:

DONGGUAN SIMZO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

NO.6, Zhangzhou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523187, P.R.China

hereby declare that following product:

Product description: MESH NEBULIZER

Model Number: NBM-3

Is technically identical with the following product imported from our company by EDC Poterek Sp.
Jawna company:

Product description: MESH NEBULIZER

Model Number: ECN006

Trademark: ESPERANZA

Manufacturer authorized representative



Gray Jack Jin

EC Certificate Production Quality Assurance System: Certificate CN19/41053

The management system of

Dongguan SIMZO Electronic Technology Co., Ltd.

No.6, Zhangzhou Road, Daojiao Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523187, P.R. China
has been assessed and certified as meeting the requirements of

Directive 93/42/EEC

on medical devices, Annex V

For the following products

Infrared Thermometer used for measuring body temperature
(Model: HW-1, HW-2, HW-2S, HW-3, HW-4, HW-4S, HW-302, HW-303, HW-F1,
HW-F2, HW-F3, HW-F4, HW-F5, HW-F6, HW-F7);
**Portable (Ultrasonic) Nebulizer on Conscious Patients (NBM-1, NBM-2,
NBM-3, NBM-3B, NBM-4, NBM-4B, NBM-5, NBM-5B,
NBM-6, NBM-6B, NBM-7, NBM-7B, NBM-8, NBM-8B);**
Clinical Digital Thermometer
(TH-801, TH-802, TH-803, TH-804, TH-805, TH-806, TH-807, TH-808, TH-809)

Where the above scope includes class IIB or class III medical device(s), a valid EC Type Examination Certificate according to Annex III is a mandatory requirement for each device in addition to this certificate to place that device on the market.

This certificate is valid from 01 February 2021 until 24 May 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 3. Certified since 27 January 2015
and first certified by SGS Belgium NV since 16 December 2019

Certification is based on reports numbered CNDGGI 16426

Authorised by



Global Medical Devices Certification Manager

SGS Belgium NV, Notified Body 1639

SGS House Noorderlaan 87 2030 Antwerp Belgium
t +32 (0)3 545-48-48 f +32 (0)3 545-48-49 www.sgs.com

LPMD0008 - Certificate CE1639 Annex V_EN rev. 01

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services, unless otherwise agreed, accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

